

Spett. le
Società concorrente

Roma, 10/01/2023

Prot. n. 2023/151273

Oggetto: Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di defibrillatori e cartellonistica per Agenzia delle entrate-Riscossione – Risposte alle richieste di chiarimenti.

Quesito:

Spett. Direzione,

premesso che il Capitolato tecnico descrive esattamente un preciso modello, al fine di rendere possibile la partecipazione con altri modelli, si chiede che vengano specificate le caratteristiche obbligatorie, quelle opzionali, ma soprattutto il punteggio che verrà attribuito ad ogni caratteristica.

Riteniamo dover sottolineare che:

1. l'importo complessivo per i 145 defibrillatori nuovi, è sottostimato in quanto il Full Risk richiesto è molto oneroso perché prevede inutilmente un controllo minimo semestrale, oltre alle ovvie sostituzioni di batterie e piastre quando necessario;
2. l'importo previsto di Euro 60 annuali per la manutenzione di ogni singolo defibrillatore già in Vostro possesso, non copre neanche il costo delle piastre da sostituire a scadenza. C'è da aggiungere poi il costo delle 2

batterie presumibilmente da sostituire in 5 anni, il cui costo si aggira intorno ai 230 euro cad.

Risposta al quesito:

Le caratteristiche minime del prodotto richiesto, così come espresse al paragrafo 3 del Capitolato tecnico, sono standardizzate e di carattere generale, non riferite e non riferibili ad un preciso modello o marca, e conformi al fabbisogno di AdeR.

Giova, inoltre, precisare che, per la determinazione dell'importo complessivo, è stata svolta un'analisi dei prezzi dei DAE, completi di cartello indicativo DAE e servizio di manutenzione per 60 mesi in garanzia, pubblicati sul MePA nel corso del secondo semestre del 2022, tenendo conto anche del prezzo di acquisto delle precedenti analoghe iniziative. Per la stima del canone mensile di manutenzione, si è tenuto conto dell'incidenza della manutenzione sul prezzo di acquisto dei DAE già di proprietà di AdeR, incidenza crescente negli anni in funzione dell'obsolescenza dei prodotti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Valerio Saccucci
(Firmata digitalmente)